

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۷	۱۱,۴۱۹	۳۱۴,۹۸۳	۳۲۶,۴۰۲	۳۳۷,۸۲۱	۳۴۹,۲۴	۳۶۰,۶۵۹	۳۷۲,۰۷۸	۳۸۳,۴۹۷

مقدار	تاریخ
۳۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۳۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۳۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۳۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۳۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۳۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۳۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۳۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۳۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۳۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۳۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۳۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۳۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸

CV%: 3.598	SD: 12.545	Mean: 348.667
------------	------------	---------------



عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
عنوان کنترل : universal LOW

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۱۶۴	۷,۸۰۶	۱۲۷,۷۶۲	۱۳۵,۵۶۸	۱۴۳,۳۷۴	۱۵۱,۱۸	۱۵۸,۹۸۶	۱۶۶,۷۹۲	۱۷۴,۵۹۸

مقدار	تاریخ
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 5.491	SD: 8.166	Mean: 148.714
------------	-----------	---------------

