

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3  
 عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
 عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
 سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹  
 شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۱۷۳	۱۱,۱۱۴	۳۱۶,۹۲۵	۳۲۸,۰۳۹	۳۳۹,۱۵۳	۳۵۰,۲۶۷	۳۶۱,۳۸۱	۳۷۲,۴۹۵	۳۸۳,۶۰۹

مقدار	تاریخ
۳۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۳۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۳۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۳۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۳۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۳۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۳۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۳۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۳۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۳۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۳۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 2.927	SD: 10.385	Mean: 354.75
------------	------------	--------------



عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱  
عنوان کنترل : universal LOW

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۰۱۹	۵,۹۰۴	۱۲۹,۱۸۸	۱۳۵,۰۹۲	۱۴۰,۹۹۶	۱۴۶,۹	۱۵۲,۸۰۴	۱۵۸,۷۰۸	۱۶۴,۶۱۲

مقدار	تاریخ
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 2.654	SD: 3.872	Mean: 145.917
------------	-----------	---------------

