

Universal I : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

(Total Thyroxine (T4 : عنوان آزمایش :

کوباس ۶۰۰۰

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۹۳۶	۰,۲۸۹	۶,۴۷۹	۶,۷۶۸	۷,۰۵۷	۷,۳۴۶	۷,۶۳۵	۷,۹۲۴	۸,۲۱۳

مقدار	تاریخ
۷,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۷,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۷,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۷,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۷,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۷,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۷,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۷,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۷,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۷,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۷,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۷,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۶,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۷,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۷,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۷,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱

CV%: 3.176	SD: 0.234	Mean: 7.381
------------	-----------	-------------

