

عنوان کنترل : Universal I  
شروع کنترل  
۱۴۰۳/۰۵/۰۱:

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹


%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳,۰۴۹	۰,۲۲۶	۶,۷۲۲	۶,۹۴۸	۷,۱۷۴	۷,۴	۷,۶۲۶	۷,۸۵۲	۸,۰۷۸

مقدار	تاریخ
۷,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۷,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۷,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۷,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۷,۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۷,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۷,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۷,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۷,۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۷,۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۱
۷,۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۳

مقدار	تاریخ
۷,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۷,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۷,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۷,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۷,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۷,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.528	SD: 0.187	Mean: 7.409
------------	-----------	-------------



عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
عنوان کنترل : سرری ساخت : ۶۲۳۱۱۹  
عنوان کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۷۶	۰,۵۳۸	۹,۶۸۹	۱۰,۲۲۷	۱۰,۷۶۵	۱۱,۳۰۳	۱۱,۸۴۱	۱۲,۳۷۹	۱۲,۹۱۷

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۰,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۰,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۲,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۰,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۰,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۱,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۲,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۲,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 5.094	SD: 0.572	Mean: 11.224
------------	-----------	--------------

