

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹
عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۴	۰,۱۹۶	۶,۸۳	۷,۰۲۶	۷,۲۲۲	۷,۴۱۸	۷,۶۱۴	۷,۸۱	۸,۰۰۶

مقدار	تاریخ
۷,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۷,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۷,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۷,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۷,۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۷,۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۷,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۷,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴

CV%: 2.857	SD: 0.212	Mean: 7.425
------------	-----------	-------------



عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹
عنوان کنترل : Universal II
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۱۲۲	۰,۵۷۷	۹,۵۳۹	۱۰,۱۱۶	۱۰,۶۹۳	۱۱,۲۷	۱۱,۸۴۷	۱۲,۴۲۴	۱۳,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۰,۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۱۱,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۱,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۲,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۲,۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴

CV%: 6.396	SD: 0.73	Mean: 11.411
------------	----------	--------------

