

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : کوپاس ۶۰۰۰


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۱۶	۰,۱۹۵	۶,۸۵۳	۷,۰۴۸	۷,۲۴۳	۷,۴۳۸	۷,۶۳۳	۷,۸۲۸	۸,۰۲۳

مقدار	تاریخ
۷,۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۷,۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۷,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۷,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۷,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۷,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۷,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۷,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۷,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۷,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۷,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۷,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 2.344	SD: 0.176	Mean: 7.5
------------	-----------	-----------



عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
عنوان کنترل : Universal II
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۶۶۹	۰,۵۲۷	۹,۷۱۵	۱۰,۲۴۲	۱۰,۷۶۹	۱۱,۲۹۶	۱۱,۸۲۳	۱۲,۳۵	۱۲,۸۷۷

مقدار	تاریخ
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۱,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۱,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۱,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۰,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۲,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱۱,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۰,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 3.611	SD: 0.409	Mean: 11.317
------------	-----------	--------------

