

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

TIBC : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP325


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۵۶۱	۱۳,۹۵۷	۲۶۴,۱۶۲	۲۷۸,۱۱۹	۲۹۲,۰۷۶	۳۰۶,۰۳۳	۳۱۹,۹۹	۳۳۳,۹۴۷	۳۴۷,۹۰۴

مقدار	تاریخ
۲۹۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷

مقدار	تاریخ
۲۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۳۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶

مقدار	تاریخ
۲۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳

CV%: 3.544	SD: 10.657	Mean: 300.714
------------	------------	---------------



Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

TIBC : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP425

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۱۶,۳۳۳	۲۴۶,۰۰۱	۲۶۲,۳۳۴	۲۷۸,۶۶۷	۲۹۵	۳۱۱,۳۳۳	۳۲۷,۶۶۶	۳۴۳,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۲۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۲۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۲۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۲۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۹
۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۳۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۲۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۲۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۳۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

CV%: 3.898	SD: 11.74	Mean: 301.15
------------	-----------	--------------

