

عنوان کنترل : perci con-2

شروع کنترل
۱۴۰۳/۰۷/۰۳:

سری ساخت : ۲-۷۶۸۸۵۸۶۳

TPO Ab (Microsomal
Ab)-CLIA
E411

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۷۵۲	۷,۸۳۸	۷۷,۶۰۳	۸۵,۴۴۱	۹۳,۲۷۹	۱۰۱,۱۱۷	۱۰۸,۹۵۵	۱۱۶,۷۹۳	۱۲۴,۶۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰۰,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۹۵,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۹۸,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۹۴,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۰۹,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۱۰,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱۰۸,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۰۲,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۹۴,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۰۸,۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۹۴,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 5.773	SD: 5.95	Mean: 103.062
------------	----------	---------------

