

perci con-1 : عنوان کنترل :

TPO Ab (Microsomal Ab)- : عنوان آزمایش
CLIA

شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

سری ساخت: ۷۶۸۵۶۳۰۱

E411

عنوان دستگاه:

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۳,۱۹۵	۶,۵۶۸	۳۰,۰۶۹	۳۶,۶۳۷	۴۳,۲۰۵	۴۹,۷۷۳	۵۶,۳۴۱	۶۲,۹۰۹	۶۹,۴۷۷

مقدار	تاریخ
۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۵۳,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۴۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۵۶,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۴۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۵,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۴۰,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۵۸,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۵۶,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۵۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۵۶,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴۵,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۴۷,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۳۹,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 11.592	SD: 5.725	Mean: 49.387
-------------	-----------	--------------

