

perci con-1 : عنوان کنترل :

TPO Ab (Microsomal Ab)- : عنوان آزمایش
CLIA

شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

سری ساخت: ۷۶۸۵۶۳۰۱

E411

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۱,۹۶۸	۶,۰۱	۳۲,۱۸۳	۳۸,۱۹۳	۴۴,۲۰۳	۵۰,۲۱۳	۵۶,۲۲۳	۶۲,۲۳۳	۶۸,۲۴۳

مقدار	تاریخ
۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۴۹,۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۴۴,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۵۳,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۵۱,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۴۹,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۵۶,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۴۶,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۴۶,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 8.32	SD: 4.073	Mean: 48.953
-----------	-----------	--------------

