

عنوان کنترل : perci con-1

شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳


سری ساخت: ۷۶۸۵۶۳۰۱

عنوان آزمایش : TPO Ab (Microsomal Ab)-  
CLIA

E411

عنوان دستگاه :

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۵۴,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۵۰,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۵۳,۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۴۷,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۴۶,۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۴۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۵۰,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۵۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۴۸,۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
		۵۰,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۴۹,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
		۴۵,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۴۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
		۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۴۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
CV%: 6.9		SD: 3.408		Mean: 49.383	



عنوان کنترل : perci con-2

شروع کنترل  
۱۴۰۳/۰۷/۰۳:

سری ساخت : ۲-۷۶۸۸۵۸۶۳

TPO Ab (Microsomal  
Ab)-CLIA

E411

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

مقدار	تاریخ
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۰۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۹۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰۱,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۰۲,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۰۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۹۶,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۹۶,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۰۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۱۴,۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱۰۳,۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۹۵,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۹۱,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۱۳,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 6.823

SD: 7.023

Mean: 102.939

