

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۱۹

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹-


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۵۶	۰,۰۴۶	۱,۲۸۵	۱,۳۳۱	۱,۳۷۷	۱,۴۲۳	۱,۴۶۹	۱,۵۱۵	۱,۵۶۱

مقدار	تاریخ
۱,۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱,۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱,۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱,۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱,۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱,۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱,۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱,۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱,۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱,۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 2.903	SD: 0.041	Mean: 1.417
------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : Universal II
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۱۹

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۴	۰,۲۷	۸,۳۸۳	۸,۶۵۳	۸,۹۲۳	۹,۱۹۳	۹,۴۶۳	۹,۷۳۳	۱۰,۰۰۳

مقدار	تاریخ
۹,۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۹,۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۹,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۹,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۸,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۹,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۹,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۹,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۹,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۹,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۹,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۸,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 2.984	SD: 0.277	Mean: 9.275
------------	-----------	-------------

