

Perci con-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱

Tacrolimus : عنوان آزمایش :
کوباس e 411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۶۳۴۰۸

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۷۶۹	۰,۶۱۴	۱۴,۴۵۱	۱۵,۰۶۵	۱۵,۶۷۹	۱۶,۲۹۳	۱۶,۹۰۷	۱۷,۵۲۱	۱۸,۱۳۵

مقدار	تاریخ
۱۷,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۵,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۶,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۷,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۷,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۷,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 4.215	SD: 0.704	Mean: 16.711
------------	-----------	--------------

