

Perci con -1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

Tacrolimus : عنوان آزمایش :
کوباس e 411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۰۴۴۳۵

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵,۵۸۸ | ۰,۱۲۷ | ۱,۸۹۵ | ۲,۰۲۲ | ۲,۱۴۹ | ۲,۲۷۶ | ۲,۴۰۳ | ۲,۵۳ | ۲,۶۵۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
| ۲,۴۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
| ۲,۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
| ۲,۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۴۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
| ۲,۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
| ۲,۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 5.027 | SD: 0.114 | Mean: 2.268 |
|------------|-----------|-------------|

