

universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

Testosterone : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵/

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۶۴	۳۴,۳۰۳	۵۰۵,۳۲۴	۵۳۹,۶۲۷	۵۷۳,۹۳	۶۰۸,۲۳۳	۶۴۲,۵۳۶	۶۷۶,۸۳۹	۷۱۱,۱۴۲

مقدار	تاریخ
۵۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۶۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۵۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۵۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۶۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۶۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۵۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۶۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۶۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۶۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۵۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۶۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۵۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۶۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۶۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۶۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۵۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۶۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۶۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۶۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۵۹۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۶۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۶۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 4.095	SD: 25.114	Mean: 613.292
------------	------------	---------------

