

عنوان کنترل : universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

عنوان آزمایش : Testosterone
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵/.

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۲۶۹	۲۶,۱۶۹	۵۳۴,۴۶	۵۶۰,۶۲۹	۵۸۶,۷۹۸	۶۱۲,۹۶۷	۶۳۹,۱۳۶	۶۶۵,۳۰۵	۶۹۱,۴۷۴

مقدار	تاریخ
۶۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۶۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۶۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۶۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۶۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۶۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۶۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۶۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۶۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۶۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۶۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۶۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۶۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۶۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۶۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۶۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۶۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۶۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۶۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۶۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۵۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 3.346	SD: 21.129	Mean: 631.458
------------	------------	---------------

