

عنوان کنترل : ABBOTT-3  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

عنوان آزمایش : Testosterone  
عنوان دستگاه : ABBOT

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۱۷۶	۳۳,۷۰۵	۷۰۵,۹۲۸	۷۳۹,۶۳۳	۷۷۳,۳۳۸	۸۰۷,۰۴۳	۸۴۰,۷۴۸	۸۷۴,۴۵۳	۹۰۸,۱۵۸

مقدار	تاریخ
۸۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۷۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۸۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۸۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۸۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۷۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۷۹۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۷۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۷۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۸۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۷۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۸۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 3.735	SD: 30.069	Mean: 805
------------	------------	-----------

