

universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

سری ساخت: ۶۲۳۱۱۹۰۵

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
COBAS 6000 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۷۸۸	۱,۲۵۸	۱۷,۹۵۵	۱۹,۲۱۳	۲۰,۴۷۱	۲۱,۷۲۹	۲۲,۹۸۷	۲۴,۲۴۵	۲۵,۵۰۳

مقدار	تاریخ
۲۲,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۲۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۲۱,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۲۱,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۲۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۲۱,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۲۲,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۲۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۲۰,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۲۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۲۲,۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۲۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱

CV%: 3.516	SD: 0.771	Mean: 21.924
------------	-----------	--------------

