

universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
COBAS 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴۵۴	۰,۹۷۷	۱۹,۰۰۳	۱۹,۹۸	۲۰,۹۵۷	۲۱,۹۳۴	۲۲,۹۱۱	۲۳,۸۸۸	۲۴,۸۶۵

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲۲,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲۱,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۱,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲۱,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲۰,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲۲,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 4.199	SD: 0.916	Mean: 21.822
------------	-----------	--------------



universal II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۸۲۶	۳,۳۰۴	۷۶,۴۶	۷۹,۷۶۴	۸۳,۰۶۸	۸۶,۳۷۲	۸۹,۶۷۶	۹۲,۹۸	۹۶,۲۸۴

مقدار	تاریخ
۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۸۵,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۸۸,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۸۸,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۹۰,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۸۵,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 3.43	SD: 2.98	Mean: 86.9
-----------	----------	------------

