

universal I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

سری ساخت: ۶۲۳۱۱۹۰۵

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :  
COBAS 6000 : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۸۴۵	۰,۸۴۵	۱۹,۴۴۵	۲۰,۲۹	۲۱,۱۳۵	۲۱,۹۸	۲۲,۸۲۵	۲۳,۶۷	۲۴,۵۱۵

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۲۱,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۲۱,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۲۲,۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۲۰,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۲,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۲۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۲۳,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۲۲,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۲۲,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۲۲,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۲۱,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۱,۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۲۱,۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲۱,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲۲,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲۲,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۲۳,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۰

CV%: 3.626	SD: 0.803	Mean: 22.149
------------	-----------	--------------



عنوان کنترل : universal II  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵

عنوان آزمایش : Thyroglobulin  
عنوان دستگاه : cobas 6000

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۹۱۱	۳,۳۶۸	۷۵,۹۹۸	۷۹,۳۶۶	۸۲,۷۳۴	۸۶,۱۰۲	۸۹,۴۷	۹۲,۸۳۸	۹۶,۲۰۶

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۸۴,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۸۵,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۸۹,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۸۲,۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۸۸,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۸۲,۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۸۳,۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۸۴,۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۸۷,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۸۴,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۸۳,۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۹۰,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۸۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۸۴,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۰

CV%: 3.251	SD: 2.769	Mean: 85.181
------------	-----------	--------------

