

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Total Bilirubin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۸۸۹	۰,۰۴	۰,۹۱۲	۰,۹۵۲	۰,۹۹۲	۱,۰۳۲	۱,۰۷۲	۱,۱۱۲	۱,۱۵۲

مقدار	تاریخ
۱,۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۰,۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۱,۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱,۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

مقدار	تاریخ
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱,۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱,۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱,۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱,۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

مقدار	تاریخ
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱,۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱,۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۰,۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۰,۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵

CV%: 4.081	SD: 0.042	Mean: 1.018
------------	-----------	-------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

Total Bilirubin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۱	۰,۸	۰,۹	۱	۱,۱	۱,۲	۱,۳	۱,۴

مقدار	تاریخ
۱,۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱,۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱,۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱,۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱,۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱,۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱,۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۱,۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱,۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱,۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۹
۱,۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱,۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

CV%: 3.083	SD: 0.034	Mean: 1.087
------------	-----------	-------------

