

عنوان کنترل : multi 1  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

عنوان آزمایش : Total Bilirubin  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۹۱۷	۰,۰۳۷	۰,۸۳۶	۰,۸۷۳	۰,۹۱	۰,۹۴۷	۰,۹۸۴	۱,۰۲۱	۱,۰۵۸

مقدار	تاریخ
۰,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۰,۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۰,۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۰,۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۰,۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۰,۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۰,۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۰,۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۰,۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱,۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۰,۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰,۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۰,۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۰,۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۰,۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۰,۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹

CV%: 3.542	SD: 0.034	Mean: 0.952
------------	-----------	-------------

