

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Total Bilirubin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۵۳	۰,۱۳۱	۳,۶۳۵	۳,۷۶۶	۳,۸۹۷	۴,۰۲۸	۴,۱۵۹	۴,۲۹	۴,۴۲۱

مقدار	تاریخ
۳,۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۳,۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۴,۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۴,۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۳,۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۳,۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۴,۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۴,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۳,۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 3.1	SD: 0.125	Mean: 4.028
----------	-----------	-------------



Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Total Bilirubin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۴	۰,۴۳۳	۳,۰۰۱	۳,۴۳۴	۳,۸۶۷	۴,۳	۴,۷۳۳	۵,۱۶۶	۵,۵۹۹

مقدار	تاریخ
۴,۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۴,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳,۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۴,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۳,۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۴,۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 7.041	SD: 0.295	Mean: 4.183
------------	-----------	-------------

