

عنوان کنترل : multi 1
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

عنوان آزمایش : Total Protein
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۲۶	۰,۱۲۱	۴,۸۲۷	۴,۹۴۸	۵,۰۶۹	۵,۱۹	۵,۳۱۱	۵,۴۳۲	۵,۵۵۳

مقدار	تاریخ
۵,۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۵,۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۵,۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۵,۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۵,۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۵,۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۵,۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۵,۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۵,۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۵,۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۵,۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۵,۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۵,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۵,۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۵,۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۵,۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۵,۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۵,۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۵,۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۵,۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۵,۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۵,۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۵,۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۵,۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۵,۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۵,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 1.308	SD: 0.068	Mean: 5.161
------------	-----------	-------------

