

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

Total Protein : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۹۱۸	۰,۰۴۵	۴,۷۹	۴,۸۳۵	۴,۸۸	۴,۹۲۵	۴,۹۷	۵,۰۱۵	۵,۰۶

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۴,۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۴,۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۴,۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۴,۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۴,۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۴,۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۴,۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۴,۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۴,۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 0.629	SD: 0.031	Mean: 4.916
------------	-----------	-------------

