

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Total Protein : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۹۶	۰,۰۷۸	۶,۲۷۳	۶,۳۵۱	۶,۴۲۹	۶,۵۰۷	۶,۵۸۵	۶,۶۶۳	۶,۷۴۱

مقدار	تاریخ
۶,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۶,۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۶,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۶,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۶,۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۶,۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۶,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۶,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۶,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۶,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 1.097	SD: 0.071	Mean: 6.512
------------	-----------	-------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Total Protein : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۰۱	۰,۳	۴	۴,۳	۴,۶	۴,۹	۵,۲	۵,۵	۵,۸

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۴,۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۴,۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 2.394	SD: 0.117	Mean: 4.883
------------	-----------	-------------

