

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Total Protein : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۸۲۹	۰,۰۵۱	۵,۹۹۹	۶,۰۵	۶,۱۰۱	۶,۱۵۲	۶,۲۰۳	۶,۲۵۴	۶,۳۰۵

مقدار	تاریخ
۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 0.834	SD: 0.051	Mean: 6.147
------------	-----------	-------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Total Protein : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۸۵	۰,۰۷۳	۴,۶۶۹	۴,۷۴۲	۴,۸۱۵	۴,۸۸۸	۴,۹۶۱	۵,۰۳۴	۵,۱۰۷

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.16	SD: 0.057	Mean: 4.889
-----------	-----------	-------------

