

PERCI CON2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۳/۱۲/۰۵:

سری ساخت : ۰۴۶۱۸۸۱۵

عنوان آزمایش : (Toxoplasma Ab (IgG
عنوان دستگاه : E411

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹۳۲	۲,۵۱۷	۴۳,۴۹۱	۴۶,۰۰۸	۴۸,۵۲۵	۵۱,۰۴۲	۵۳,۵۵۹	۵۶,۰۷۶	۵۸,۵۹۳

مقدار	تاریخ
۴۹,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۵۳,۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۵۳,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۵۳,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۴۸,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۵۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۴۹,۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۴۸,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۵۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۵۳,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۹,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴۶,۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۴۷,۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۴۸,۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۵۰,۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۴۸,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۵۲,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 4.803	SD: 2.442	Mean: 50.838
------------	-----------	--------------

