

PERCI CON2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۳/۱۲/۰۵:

عنوان آزمایش : (Toxoplasma Ab (IgG
عنوان دستگاه : E411
سری ساخت : ۰۴۶۱۸۸۱۵

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۲۸۴	۲,۱۶۵	۴۴,۰۳۷	۴۶,۲۰۲	۴۸,۳۶۷	۵۰,۵۳۲	۵۲,۶۹۷	۵۴,۸۶۲	۵۷,۰۲۷

مقدار	تاریخ
۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۵۲,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۵۱,۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۴

مقدار	تاریخ
۵۲,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۴۹,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۵۰,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۴۹,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 2.899	SD: 1.487	Mean: 51.3
------------	-----------	------------

