

PERCI CON2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۳/۱۲/۰۵:

سری ساخت : ۰۴۶۱۸۸۱۵

عنوان آزمایش : ( Toxoplasma Ab ( IgG  
عنوان دستگاه : E411

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۱۵۷	۲,۰۹۴	۴۴,۰۹۱	۴۶,۱۸۵	۴۸,۲۷۹	۵۰,۳۷۳	۵۲,۴۶۷	۵۴,۵۶۱	۵۶,۶۵۵

مقدار	تاریخ
۵۲,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۵۱,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۵۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۵۳,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۵۱,۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۱,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۵۱,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۴۷,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۵۰,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۴۶,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۴۹,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۵۱,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸

CV%: 3.575	SD: 1.801	Mean: 50.374
------------	-----------	--------------

