

عنوان آزمایش : (Toxoplasma Ab (IgM الایزایدر
عنوان دستگاه : سری ساخت : ETOXC102۲۴
داخل کیت : عنوان کنترل : شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۸۶۵	۲,۰۴۵	۱۴,۶۰۱	۱۶,۶۴۶	۱۸,۶۹۱	۲۰,۷۳۶	۲۲,۷۸۱	۲۴,۸۲۶	۲۶,۸۷۱

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۸,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۲۲,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۹,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۱۹,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۲۱,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۹,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۹,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۹,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۲۱,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۸,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۲۱,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۲۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 7.856	SD: 1.554	Mean: 19.783
------------	-----------	--------------

