

عنوان آزمایش : (Toxoplasma Ab (IgM
عنوان دستگاه : الایزایدر
عنوان کنترل : شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
سری ساخت : ETOXC102۲۴

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۸۱۵	۱,۷۶۸	۱۴,۷۴۹	۱۶,۵۱۷	۱۸,۲۸۵	۲۰,۰۵۳	۲۱,۸۲۱	۲۳,۵۸۹	۲۵,۳۵۷

مقدار	تاریخ
۲۰,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲۰,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۸,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۲۰,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۸,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۸,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۲۰,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۰,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۹,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۸,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۷,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۶,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۸,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 6.506	SD: 1.262	Mean: 19.405
------------	-----------	--------------

