

عنوان آزمایش : ( Toxoplasma Ab ( IgM  
عنوان دستگاه : الایزایدر  
سری ساخت : ETOXC102۲۴  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۲۶  
عنوان کنترل : داخل کیت

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۵۶۳	۱,۲۸۳	۱۵,۷۰۸	۱۶,۹۹۱	۱۸,۲۷۴	۱۹,۵۵۷	۲۰,۸۴	۲۲,۱۲۳	۲۳,۴۰۶

مقدار	تاریخ
۱۷,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲۱,۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲۰,۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۹,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۱,۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۸,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۰,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۹,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲۰,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۷,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 7.156	SD: 1.426	Mean: 19.926
------------	-----------	--------------

