

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Transferrin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۹۵۴۲۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۱۴	۳,۱۹۵	۱۸۸,۴۱۵	۱۹۱,۶۱	۱۹۴,۸۰۵	۱۹۸	۲۰۱,۱۹۵	۲۰۴,۳۹	۲۰۷,۵۸۵

مقدار	تاریخ
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۹
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 1.47	SD: 2.906	Mean: 197.704
-----------	-----------	---------------

