

Normal - PTS : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Transferrin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۱۶	۵,۱۹۱	۱۸۲,۸۶	۱۸۸,۰۵۱	۱۹۳,۲۴۲	۱۹۸,۴۳۳	۲۰۳,۶۲۴	۲۰۸,۸۱۵	۲۱۴,۰۰۶

مقدار	تاریخ
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸

CV%: 1.937	SD: 3.811	Mean: 196.769
------------	-----------	---------------

