

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Transferrin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۹۵۴۲۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۷۴	۳,۰۹۲	۱۸۷,۱۲۴	۱۹۰,۲۱۶	۱۹۳,۳۰۸	۱۹۶,۴	۱۹۹,۴۹۲	۲۰۲,۵۸۴	۲۰۵,۶۷۶

مقدار	تاریخ
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 1.226	SD: 2.4	Mean: 195.737
------------	---------	---------------

