

عنوان کنترل : multi 1
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

عنوان آزمایش : Triglycerides
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۱۱	۲,۲۷	۱۱۲,۰۱۴	۱۱۴,۲۸۴	۱۱۶,۵۵۴	۱۱۸,۸۲۴	۱۲۱,۰۹۴	۱۲۳,۳۶۴	۱۲۵,۶۳۴

مقدار	تاریخ
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 1.653	SD: 1.961	Mean: 118.615
------------	-----------	---------------

