

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

Triglycerides : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۳۱	۲,۷۰۳	۱۱۳,۰۴۵	۱۱۵,۷۴۸	۱۱۸,۴۵۱	۱۲۱,۱۵۴	۱۲۳,۸۵۷	۱۲۶,۵۶	۱۲۹,۲۶۳

مقدار	تاریخ
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.195	SD: 2.64	Mean: 120.259
------------	----------	---------------

