

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Triglycerides : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷۴۵	۵,۴۶۷	۱۸۲,۷۹۹	۱۸۸,۲۶۶	۱۹۳,۷۳۳	۱۹۹,۲	۲۰۴,۶۶۷	۲۱۰,۱۳۴	۲۱۵,۶۰۱

مقدار	تاریخ
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 2.366	SD: 4.719	Mean: 199.462
------------	-----------	---------------



Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Triglycerides : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۷	۱۱	۱۸۱	۱۹۲	۲۰۳	۲۱۴	۲۲۵	۲۳۶	۲۴۷

مقدار	تاریخ
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 3.296	SD: 7.026	Mean: 213.167
------------	-----------	---------------

