

عنوان کنترل : perci control II
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

سری ساخت: ۶۵۷۶۸۲

عنوان آزمایش : (Troponin T (HS
عنوان دستگاه : کوباس e411

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۱۹	۵۲,۵۱۶	۱۴۷۳,۸۸۵	۱۵۲۶,۴۰۱	۱۵۷۸,۹۱۷	۱۶۳۱,۴۳۳	۱۶۸۳,۹۴۹	۱۷۳۶,۴۶۵	۱۷۸۸,۹۸۱

مقدار	تاریخ
۱۶۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۶۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۵۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۶۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۶۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۱۷۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۷۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱۶۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۶۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۶۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۶۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۵۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۷۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۶۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۶۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۵۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱۵۵۸,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 3.068	SD: 50.38	Mean: 1641.994
------------	-----------	----------------

