

perci control II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

سری ساخت : ۶۵۷۶۸۲

عنوان آزمایش : (Troponin T (HS
عنوان دستگاه : کوباس e411

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۱۸	۴۶,۰۰۹	۱۴۹۴,۵۳۶	۱۵۴۰,۵۴۵	۱۵۸۶,۵۵۴	۱۶۳۲,۵۶۳	۱۶۷۸,۵۷۲	۱۷۲۴,۵۸۱	۱۷۷۰,۵۹

مقدار	تاریخ
۱۶۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۱۶۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱۶۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۶۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۶۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۶۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۱۶۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۶۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۶۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۶۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۵۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۶۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۵۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۶۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۷۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۶۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۶۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۵۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۶۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۶۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۶۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۶۵۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.315	SD: 38.175	Mean: 1649.304
------------	------------	----------------

