

عنوان کنترل : perci control I
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

سری ساخت : ۶۵۷۶۷۸

عنوان آزمایش : (Troponin T (HS
عنوان دستگاه : کوباس E411

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷۷۲	۱,۱۶۱	۲۰,۸۴۴	۲۲,۰۰۵	۲۳,۱۶۶	۲۴,۳۲۷	۲۵,۴۸۸	۲۶,۶۴۹	۲۷,۸۱

مقدار	تاریخ
۲۵,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۲۳,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۲۵,۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۳,۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۲۴,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۲۳,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۲۴,۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۲۳,۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۲۴,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۲۳,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲۵,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲۳,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲۴,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹

CV%: 3.438	SD: 0.834	Mean: 24.262
------------	-----------	--------------

