

عنوان کنترل : perci control I  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

سری ساخت : ۶۵۷۶۷۸

عنوان آزمایش : (Troponin T (HS  
عنوان دستگاه : کوباس E411


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۷۶۳	۰,۹۲۹	۲۱,۹۰۳	۲۲,۸۳۲	۲۳,۷۶۱	۲۴,۶۹	۲۵,۶۱۹	۲۶,۵۴۸	۲۷,۴۷۷

مقدار	تاریخ
۲۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲۴,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۲۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲۳,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲۵,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۲۳,۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۲۵,۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۲۴,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲۵,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 3.51	SD: 0.882	Mean: 25.12
-----------	-----------	-------------



عنوان کنترل : perci control II  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

سری ساخت: ۶۵۷۶۸۲

عنوان آزمایش : (Troponin T (HS  
عنوان دستگاه : کوباس e411

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۴۷۳	۴۱,۰۵۴	۱۵۳۷,۰۷۱	۱۵۷۸,۱۲۵	۱۶۱۹,۱۷۹	۱۶۶۰,۲۳۳	۱۷۰۱,۲۸۷	۱۷۴۲,۳۴۱	۱۷۸۳,۳۹۵

مقدار	تاریخ
۱۷۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۶۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۶۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۶۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۶۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۶۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۶۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۷۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۶۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۶۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱۶۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱۷۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۱۶۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۶۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۶۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.589	SD: 43.042	Mean: 1662.733
------------	------------	----------------

