

عنوان کنترل : کنترل I  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Troponin I  
عنوان دستگاه : کوباس E411  
سری ساخت : ۶۵۷۶۷۸

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۰,۴۶۲	۰,۰۸۴	۰,۵۵	۰,۶۳۴	۰,۷۱۸	۰,۸۰۲	۰,۸۸۶	۰,۹۷	۱,۰۵۴

مقدار	تاریخ
۰,۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۰,۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۸۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۰,۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۰,۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۰,۸۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۰,۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۰,۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۰,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۰,۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

CV%: 4.993	SD: 0.041	Mean: 0.822
------------	-----------	-------------

