

کنترل I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Troponin I
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۶۵۷۶۷۸

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۹۶۱	۰,۰۷۲	۰,۵۸۳	۰,۶۵۵	۰,۷۲۷	۰,۷۹۹	۰,۸۷۱	۰,۹۴۳	۱,۰۱۵

مقدار	تاریخ
۰,۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۰,۸۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۰,۷۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۰,۸۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۰,۷۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۰,۸۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۸۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۰,۷۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۰,۷۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۰,۷۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۰,۷۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۰,۷۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۰,۸۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۰,۸۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۰,۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰,۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۰,۷۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۰,۸۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۰,۷۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۰,۷۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۰,۷۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۰,۸۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۰,۷۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 5.126	SD: 0.041	Mean: 0.791
------------	-----------	-------------

