

عنوان کنترل : abbot III  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

عنوان آزمایش : Troponin I  
عنوان دستگاه : ABBOTT  
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۸۷۵	۳۸,۵۱۴	۸۷۸,۲۶۶	۹۱۶,۷۸	۹۵۵,۲۹۴	۹۹۳,۸۰۸	۱۰۳۲,۳۲۲	۱۰۷۰,۸۳۶	۱۱۰۹,۳۵

مقدار	تاریخ
۱۰۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۹۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۱۰۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۰۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۹۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۰۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۰۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۰۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲

مقدار	تاریخ
۹۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۹۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱۰۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۹۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۰۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶

CV%: 3.498	SD: 35.138	Mean: 1004.643
------------	------------	----------------

