

عنوان کنترل : multi 1  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

عنوان آزمایش : Uric Acid  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

| %CV   | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۵۳۳ | ۰,۱۲۴ | ۴,۵۱              | ۴,۶۳۴             | ۴,۷۵۸             | ۴,۸۸۲ | ۵,۰۰۶           | ۵,۱۳            | ۵,۲۵۴           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴,۷   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
| ۴,۷   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
| ۴,۹   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
| ۴,۸   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
| ۴,۹   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
| ۴,۹   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
| ۴,۷   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
| ۵     | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴,۸   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
| ۴,۸   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
| ۴,۷   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
| ۴,۹   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
| ۴,۸   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| ۵     | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| ۴,۹   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
| ۴,۸   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
| ۴,۸   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴,۷   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
| ۴,۸   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
| ۴,۷   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
| ۴,۷   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
| ۵     | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
| ۴,۸   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
| ۴,۷   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
| ۵     | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| ۴,۸   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 2.198 | SD: 0.106 | Mean: 4.819 |
|------------|-----------|-------------|

