

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

Urnic Acid : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۶۳	۰,۰۹۹	۴,۴۸۸	۴,۵۸۷	۴,۶۸۶	۴,۷۸۵	۴,۸۸۴	۴,۹۸۳	۵,۰۸۲

مقدار	تاریخ
۴,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۴,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۴,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۴,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۴,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۴,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 1.745	SD: 0.084	Mean: 4.804
------------	-----------	-------------

