

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Uric Acid : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۸۳۷	۰,۰۸۳	۹,۶۴۴	۹,۷۲۷	۹,۸۱	۹,۸۹۳	۹,۹۷۶	۱۰,۰۵۹	۱۰,۱۴۲

مقدار	تاریخ
۹,۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۹,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۹,۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۹,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۹,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۹,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۹,۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 0.839	SD: 0.083	Mean: 9.923
------------	-----------	-------------



Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Uric Acid : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۹۱	۰,۴۳۳	۸,۶۰۱	۹,۰۳۴	۹,۴۶۷	۹,۹	۱۰,۳۳۳	۱۰,۷۶۶	۱۱,۱۹۹

مقدار	تاریخ
۹,۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۰,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۹,۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۱۰,۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۹,۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۹,۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 2.422	SD: 0.24	Mean: 9.917
------------	----------	-------------

