

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine 24 hrs
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۲۲۵۳
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
کنترل تجاری

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۱۳۸ | ۳,۳۸۹ | ۱۴۸,۳۶۶ | ۱۵۱,۷۵۵ | ۱۵۵,۱۴۴ | ۱۵۸,۵۳۳ | ۱۶۱,۹۲۲ | ۱۶۵,۳۱۱ | ۱۶۸,۷ |

| مقدار | تاریخ | مقدار | تاریخ | مقدار | تاریخ |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| ۱۶۲,۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱۶۰,۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱۵۶,۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
| ۱۵۸,۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱۵۶,۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱۵۵,۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
| ۱۶۵,۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۶۲,۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱۵۹,۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
| ۱۵۴,۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۵۷,۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱۵۶,۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۵۸,۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۵۶,۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |

| | | | |
|-------|------------|-------|------------|
| ۱۶۴,۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۵۶,۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| ۱۵۵,۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۵۵,۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱۵۴,۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |

| | | |
|------------|-----------|---------------|
| CV%: 2.068 | SD: 3.275 | Mean: 158.362 |
|------------|-----------|---------------|

